

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę utensyliów na potrzeby projektu „Bezpieczne porody łączą narody”, realizowanego przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach przedsięwzięcia „Pomoc Humanitarna 2023”

Zamawiający:

Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Wyszyńskiego 2; 20-950 Lublin
NIP: 946-00-06-983

Zapytanie dotyczy realizacji zamówienia na produkty niezbędne do wyposażenia oddziałów położniczych i neonatologicznych w Ukrainie oraz przekazania nowonarodzonym dzieciom i mamom wyprawek. Pełna lista artykułów zawarta w Załączniku nr 1 niniejszego zapytania. Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie do 28.12.2023

Zatwierdził:

Ks. dr Łukasz Mudrak

Lublin, 06.12.2023

Miejscowość, data

CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego 2
PL 20-950 Lublin
tel. 81 532 95 71, fax 81 532 81 94
Regon 040014519, NIP 946 00 06 983
KRS 0000204819

DYREKTOR
pieczęć i podpis

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim, trwać i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
2. Ilości artykułów podane w zapytaniu ofertowym są szacunkowe i mogą ulec niewielkiej zmianie. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec zamawiającego.
3. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym należy kierować pytania na adres: projekty@lublin.caritas.pl
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pełnowartościowy zamówiony przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej towar w terminach i ilościach określonych przez osobę zamawiającą – drogą emailową.
5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki przedstawione w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2
6. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej podpisanej: **Oferta „Bezpieczne porody łączą narody” – utensylia 2.**
7. Termin składania ofert upływa dnia **12.12.2023r.** o godz. 15.00, w siedzibie **Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Wyszyńskiego 2; 20-950 Lublin.** Jest to termin wpływu oferty do siedziby Caritas AL.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. **Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto oraz możliwością kompleksowego zrealizowania zamówienia.**
9. **Wybór najkorzystniejszej z ofert nastąpi najpóźniej dnia 13.12.2023r., zostanie on ogłoszony na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Lubelskiej.**
10. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia rozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny

Wykaz załączników:

1. Lista artykułów - Formularz cenowy
2. Oświadczenie



Projekt finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Проект фінансується програмою польського співробітництва з
розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польщаи Польща



польська допомога

dane OFERENTA	
nazwa	
adres email	
nr telefonu	

Lp	nazwa	ilość	cena jednostkowa	wartość	ilość artykułów w opakowaniu zbiorczym
1	Monitor saturacji i tętna dla noworodka, dziecka oraz osoby dorosłej	4			
2	Mobilny profesjonalny detektor tętna płodu	12			
3	Aparat KTG z automatyczną analizą STV	4			
4	Papier do aparatu KTG	100			
5	Lampa do fototerapii noworodków na statywie	2			
6	Lampa medyczna zabiegowa LED na statywie jezdnym	4			
7	Aparat EKG 12 kanałowy	2			
8	Papier do aparatu EKG	100			
9	Rejestrator Holtera EKG 12 kanałowy wraz z oprogramowaniem	2			
10	Bilirubinometr - miernik żółtaczk	2			
11	Pompa infuzyjna strzykawkowa	4			
12	ZESTAW DO PORODÓW W POZYCJI SIEDZĄCEJ	6			
13	OPARCIE Z PODSTAWĄ PODWYŻSZAJĄCĄ	6			
14	Elektrody EKG HOLTER 57x34mm opak 50szt	100			
Minimalne wymagania, jakie powinien spełniać w/w sprzęt określono w załączonej tabeli			RAZEM		



Projekt finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Проект фінансується програмою польського співробітництва з
розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща Польща



польська допомога

Ks. dr Łukasz Mudrak

CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego 2
PL 20-950 Lublin
tel. 81 532 95 71, fax 81 532 81 94
Regon 040014519, NIP 946 00 06 983
KRS 0000204819

DYREKTOR
CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

Produkt	Minimalne wymagania, jakie powinien spełniać sprzęt wymieniony w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 06.12.2023
Monitor saturacji i tętna dla noworodka, dziecka oraz osoby dorosłej	Monitor przeznaczony do monitoringu pacjenta w trybie ciągłym. Może być stosowany do pomiaru wysycenia tlenem hemoglobiny tętnicznej u osób dorosłych oraz z czujnikiem neonatalnym lub pediatricznym. 9 komplet czujników w komplecie) Urządzenie posiada interfejs USB Pomiar saturacji SpO2: min 45-100%, pomiar tętna PR: min 40-240BPM; Dokładność min +/- 3% (70%-99%), Rozdzielczość min: Saturacja (SpO2): 2%, Częstotliwość tętna: 1 sk/min. Dokładność 70%-100%: ±3 jednostki Alarmy: Saturacja (SpO2): 0%~100%, pulsu, odłączenia czujnika ,rozładowanie baterii Min. wyświetlacz 2,2" kolorowy wyświetlacz OLED
Mobilny profesjonalny detektor tętna płodu	Profesjonalny detektor tętna płodu przeznaczony do pracy w warunkach szpitalnych oddziałów położniczych; Wyświetlacz kolorowy min 2.2" LCD; Monitorowanie tętna płodu od 12 tygodnia; Wbudowany akumulator Litowo-Ionowy; Technika pomiarowa Dopplera (taka jak w aparatach KTG); Zakres pomiarowy min 60- 200 BPM; Rozdzielczość ±1% lub ±1 BPM; Sonda 2.0 MHz ± 5%; Średnica czopa głowicy 35 mm
Aparat KTG z automatyczną analizą STV	Ruchomy kolorowy ekran min 6,5" LCD umożliwi monitoring parametrów jak: FHR (cardio), TOCO (skurcze macicy), FMOV (ruchy płodu) Częstotliwość: 1 MHz, głowica wielokryształowa wysokiej czułości. Technologia: Doppler pulsacyjny PW + system DSP. Zakres pomiarowy min FHR: 60~200 BPM , dokładność min: ±3 BPM. Automatyczne wykrywanie ruchów płodu + marker dla pacjentki. Automatyczna analiza SVT z wydrukiem, możliwość monitorowania ciąży, bliźniaczej (głowice w komplecie), zasilanie bateryjne.
Lampa do fototerapii noworodków na statywie	Podstawa jezdna; technologia LED (niebieskie diody LED); wymienne świetlówki LED; wytrzymała metalowa konstrukcja; certyfikat CE; wyposażona w licznik godzin; żywotność świetlówek LED ok 20 000 godzin
Lampa medyczna zabiegowa LED na statywie jezdnym	Regulowana moc oświetlenia, natężenie światła min 30 000 lux, Temperatura 4500- 5500K. Minimum 6 diod LED. Możliwość dezynfekcji.
Aparat EKG 12 kanałowy	Kolorowy ekran min LCD 7,5", Wbudowany akumulator zasilający, 12 kanałów, Automatyczna ocena parametrów: HR, PR (PQ), czas trwania załamka P, QRS, T, odstęp QT i QTc, osie P, QRS i T, wskaźniki przeciżenia lewej komory, Automatyczna interpretacja Zaawansowane filtry artefaktów
Rejestrator Holtera EKG 12 kanałowy wraz z oprogramowaniem	Kompaktowy, przenośny,holter EKG analiza rytmu, odcinka ST, dyspersji QT, zmienności rytmu zatokowego (HRV), turbulencji (HRT), pracy stymulatora, analiza TVCG, VLP, VCG
Bilirubinometr- miernik żółtaczki	Niezwykle precyzyjne oszacowanie stężenia bilirubiny, z dokładnością rzędu 1 mg/ dl dla wartości fizjologicznych oraz 1,5 mg/ dl dla wartości podwyższonych. Certyfikat CE medyczny, wpis do rejestru wyrobów medycznych – dołączony do produktu; zakres pomiarowy 0.0 mg/dL- 30.0 mg/Dl, dokładność ±1.5 mg/Dl.; jednostki mg/dL lub µmol/L, czas gotowości 3s, czas pomiaru 2 sekundy,
Pompa infuzyjna strzykawkowa	Strzykawkowa pompa infuzyjna, Kolorowa matryca aktywna 2,5 "TFT, 240 x 320 pikseli, 262k kolorów, kat widzenia: z każdej strony 80° , Akumulator Li-Ion wielokrotnego ładowania Czas pracy: ok. 11 godz. przy przepływie 5 m l/h, Czas ładowania: ok. 4 godz. , Podstawowe predkosci 0.1 - 999.9 ml/h, Predkosci bolusa 1 - 1,800 ml/h, 3 000 leków z przypisanymi parametrami infuzji. Przepisane do max. 15 kategorii leków.
ZESTAW DO PORODÓW W POZYCJI SIEDZĄCEJ	Krześło porodowe, krzesło dla położnej, mata antybakteryjna. Wszystkie elementy zostały pokryte warstwą żelko tu tworząc specjalną powłokę ochronną dla wpływu wody i promieniowania UV. Wodoodporne, odpowiednie do dezynfekcji. Na siedzisku krzesła nakładka wykonana z silikonu medycznego.
OPARCIE Z PODSTAWĄ PODWYŻSZAJĄCA	Oparcie z podstawką podwyższającą kompatybilne z powyższym zestawem

(pieczęć firmowa Dostawcy)

Oświadczenie

Składając ofertę na dostawę artykułów zawartych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego

(pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON)

z siedzibą w: _____ reprezentowany przez osoby uprawnione:

oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) w stosunku, do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

.....
Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń w imieniu Dostawcy



Projekt finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.



Проект фінансується програмою польського співробітництва з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща Польща

CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
ul. Prym. Stefana Wyszyńskiego 2 Ks. dr *Lukasz Mudrak*
PL 20-950 Lublin
tel. 81 532 95 71, fax 81 532 81 94
Regon 040014519, NIP 946 00 06 983
KRS 0000204819
DYREKTOR
CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ